

ZOLL AED 3™

Startvejledning



ZOLL®

Velkommen

Tak, fordi du valgte en ZOLL AED 3™ som automatisk ekstern defibrillator, den mest avancerede AED i verden i dag. Følg disse enkle instruktioner for at konfigurere din AED 3 på få minutter. Når konfigurationen er fuldført, skal du notere serienummeret og logge på www.zollaed3.com for at registrere din AED 3, så du opnår udvidet garanti.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, kan du kontakte ZOLL på +1-978-421-9655, sende os en e-mail på tservice_master@zoll.com eller kontakte den autoriserede distributør, du købte din AED 3 af.

Indhold

Dokumentationsmappe:

- Startvejledning
- PlusTrac™-aktiveringscertifikat
- ZOLL AED 3-redningsvejledning/-plakat
- ZOLL AED 3-betjeningshåndbog

Æsken indeholder:

- ZOLL AED 3
- Dokumentationsmappe
- CPR Uni-padz™
- ZOLL AED 3-batteri


Gennemfør AED-registrering

Log på: www.zollaed3.com for at:


- Tilmelde dig den 2-årige udvidede garanti uden beregning
- Konfigurere din PlusTrac-konto ved hjælp af dit PlusTrac-aktiveringscertifikat,*
der berettiger dig til det første års PlusTrac uden beregning
 - Følge, om din AED 3 er driftsklar
 - Følge træningen af redningspersonalet
 - Administrere dit AED-program online
 - Få e-påmindelser og alarmmeddelelser
 - Lade din AED 3 regelmæssigt rapportere selvtestresultater til PlusTrac via dit lokale wi-fi-netværk
- Modtage oplysninger om konfiguration om din ZOLL Online Account, der benyttes til upload og administration af kliniske hændelsesdata i ZOLL Case Review™

*Aktiveringscertifikat er inkluderet i dokumentationsmappen


Konfiguration af din ZOLL AED 3




Tag alt indhold ud af forsendelsesbeholderen.




Tag CPR Uni-padz ud af den beskyttende æske.




Sæt CPR Uni-padz-kabelstikket i AED 3-elektrodeporten.



Tag AED 3-batteriet ud af forsendelsesbeholderen. Hold fast i batteriet ved hjælp af tapperne på siden og hold etiketsiden udad. Isæt batteriet på bagsiden af AED'en. Sørg for, at indskæringen bag på batteriet passer med den tilsvarende form i batterirummet, og lad batteriet klikke på plads.



ZOLL AED 3 vil udføre en automatisk selvtest. Mens selvtesten kører, isættes CPR Uni-padz bag på AED'en, så etiketten på pakken vender frem mod dig.



Efter gennemførelsen af AED 3-selvtesten, bekræftes, at testen blev bestået ved at lytte efter den hørbare prompt "Apparat OK" eller se efter det grønne OK-hak i statusindikatorfeltet. Din AED 3 er nu klar til brug. Hvis du har spørgsmål, bedes du se i den brugervejledning, der var inkluderet i dokumentationsmappen.

Spørgsmål:

Kontakt ZOLL's tekniske service eller din lokale autoriserede ZOLL-repræsentant

ZOLL's tekniske service:

Telefon: +1-978-421-9655

E-mail: tservice_master@zoll.com

9650-000753-27 Rev. A

ZOLL®