ZOLL AED 3™ Guida di Riferimento per il Salvataggio

1 Accendere l'AED

2 "Controllare capacità di risposta"

3 "Chiedere aiuto"

4 "In caso di pazienti pediatrici, premere il pulsante corrispondente"

5 "Collegare elettrodi defibrillazione al torace nudo del paziente"

6 "Non toccare il paziente. Analisi in corso"

7 Se è consigliata una scarica, "Premere pulsante shock lampeggiante"

8 Se non è consigliata alcuna scarica o dopo l'erogazione della scarica, "Iniziare RCP"

Durante le compressioni al torace, il dispositivo ZOLL AED 3 fornirà messaggi Real CPR Help® per la qualità della compressione RCP

Per ulteriori informazioni su ZOLL AED 3, visitate zoll.com o chiamate +1.978.421.9655.

ZOLL®

9659-000121-41 Rev B