ZOLL AED 3™ Automático

Guía de Referencia para la Reanimación

1 Encender la unidad DEA

2 "Comprobar capacidad de respuesta"

3 "Solicitar ayuda"

4 "Si el paciente es un niño, pulse el botón de niño"

5 "Colocar parches en el tórax desnudo del paciente"

6 "No tocar al paciente. Analizando"

7 Si se recomienda dar una descarga, comenzará la cuenta atrás, seguida por el mensaje "Descarga administrada"

8 Si no se recomienda dar una descarga o después de administrar una descarga, "Iniciar RCP"

Durante las compresiones torácicas, el ZOLL AED 3 Automático utiliza la función Real CPR Help® para enviar mensajes que indican la calidad de la compresión de la RCP.



Para obtener más información acerca del ZOLL AED 3 Automático, visítenos en zoll.com o llame al +1.978.421.9655.

ZOLL®

9659-000122-23 Rev B