X Series®
REINIGUNGSANLEITUNG

Reinigung der ZOLL X Series

- Verwenden Sie nur die unten aufgeführten empfohlenen Reinigungsmittel, um das Gerät zu reinigen. Beachten Sie die Anweisungen der Produktauszeichnung zu Gebrauch und Lagerung.
- Lassen Sie UNTER KEINEN UMSTÄNDEN Reinigungsmittel oder Wasser in Spalten oder Anschlussöffnungen eindringen.
- Überprüfen Sie den Monitor und die Anschlüsse beim Reinigen immer auf ungewöhnliche Abnutzung, Beschädigung oder Feuchtigkeit.
- **Reinigen der NIBD-Blutdruckmanschette** — Reinigen Sie die Manschette mit im Krankenhaus geläufigen Desinfektionsmitteln (z. B. Clorox® (Lösung 1:10), Isopropylalkohol, Lysol®-Lösung, Phisohex®, Quatricide®, Virex® oder Vesphene®). Reinigen Sie die Manschette behutsam mit der Lösung und spülen Sie sie ab. Lassen Sie KEINE Lösung in die Manschettenschläuche eindringen. Lassen Sie die Manschette und den Schlauch vor dem Einsatz am Patienten vollständig trocknen.
- **Wiederverwendbare SpO_2-Sensoren** — Entfernen Sie den Sensor vom Patientenkabel, wenn notwendig. Wischen Sie den Sensor mit einem mit 70% Isopropylalkohol angefeuchteten Tuch sauber. Lassen Sie den Sensor vor dem Wiedereinsatz vollständig trocknen. VORSICHT: Tauchen Sie das Pulsoximeter nicht in Reinigungslösung ein oder versuchen es mit dem Autoklav, Bestrahlung, Dampf, Gas, Ethylenoxid oder einer anderen Methode zu sterilisieren. Dies wird den Sensor ernsthaft beschädigen.
- **Reinigen von Kabeln und Zubehör** — Kabel, Manschettenschläuche, Paddles und anderes Zubehör können mit einem feuchten Tuch abgewischt werden, das mit einer milden Reinigungslösung angefeuchtet wurde.
- **Reinigen des Druckkopfs** — So reinigen Sie den Druckkopf des Druckers:
  1. Ziehen Sie an der Druckerklappe, um sie zu öffnen, und entnehmen Sie das Papier.
  2. Machen Sie den Druckkopf ausfindig. Dieser befindet sich vorne am Boden des Druckerfachs.
  3. Wischen Sie den Druckkopf vorsichtig mit einem mit Isopropylalkohol angefeuchteten Wattestäbchen ab. Trocknen Sie verbliebenen Alkohol mit einem frischen Wattestäbchen ab.
  4. Legen Sie das Papier wieder in das Gerät ein und schließen Sie die Klappe.
- Beachten Sie auch die vollständigen Reinigungs- und Anwendungshinweise im Bedienerhandbuch.

Verwenden Sie nur die folgenden empfohlenen Reinigungsmittel:

- Clinell® Universaltücher
- Ethanol Desinfektionsverfahren mit Reinigungsmittel
- Super Sani-Cloth® Tücher
- Sani-Cloth Plus® Tücher
- Oxivir® TB Tücher
- CaviWipes® XL Tücher
- Clorox Healthcare Desinfektionstücher mit Wasserstoffperoxid
- Desinfektionstücher mit 70 % Isopropylalkohol (IPA)
- Wasserstoffperoxidlösung
- Wex-Cide® 128 Lösung
- Coverage Spray HB Plus
- Warmes Seifenwasser
- Natriumhypochlorit (Bleichmittel) Lösung oder Tücher (bis zu 10.000 ppm)
- Keimtötende Tücher (mit Bleiche)

REV A 0420-08

ZOLL