X Series®
REINIGINGSINSTRUCTIES

Reinigingsprocedure voor de ZOLL X Series

- Gebruik alleen de volgende, aanbevolen reinigingsmiddelen voor het reinigen van het apparaat. Volg de aanwijzingen op het productetiket voor gebruik en opslag.
- Zorg dat er NOOIT reinigingsmiddel of water terechtkomt in de kieren of connector openingen.
- Controleer altijd de monitor- en connector openingen voor ongewone slijtage, schade of vocht tijdens het reinigen.
- **De NIBD-bloeddrukmanchet reinigen** — Reinig de manchet met gewone ziekenhuisdesinfectiemiddelen, inclusief Clorox® (1:10 oplossing), isopropylalcohol, Lysol®-solutie, Phisohex®, Quatricide®, Virex® en Vesphene®. Voorzichtig wassen met de oplossing en vervolgens spoelen. Zorg dat er GEEN oplossing in de manchetslangen terechtkomt. Zorg ervoor dat de manchet en slang volledig droog zijn voordat u deze bij de patiënt gebruikt.
- **Herbruikbare SpO_2-Sensoren**— Koppel de sensor los van de patiëntkabel, indien van toepassing. Veeg de hele sensor schoon met een met 70% isopropylalcohol bevochtigde pad. Laat de sensor drogen voordat u hem weer in gebruik neemt. drogen voordat u hem weer in gebruik neemt. Let op: dompel de puls xo-oximeter niet onder in een reinigingsoplossing en probeer niet te steriliseren door middel van autoclaaf, bestraling, stoom, gas, ethyleenoxide of een andere methode. Dit zal de pulse sensor ernstig beschadigen.
- **Accessoires en kabels reinigen** — Kabels, manchetslangen, paddles en andere accessoires kunnen worden schoongeveegd met de bovengenoemde aanbevolen reinigingsmiddelen.
- **De printkop reinigen** — De printkop van de recorder dient als volgt te worden gereinigd:
  1. Trek de printerklep open en verwijder eventueel papier.
  2. U ziet de printkop langs de onderkant van het printervak.
  3. Veeg voorzichtig de printkop met een wattenstaafje dat is bevochtigd met isopropylalcohol en droog eventueel resterende alcohol af met een af, droog wattenstaafje.
  4. Plaats het papier terug in de eenheid en sluit de klep.
- Raadpleeg de gebruikershandleiding voor volledige schoonmaak- en bedieningsinstructies.

Gebruik uitsluitend de volgende aanbevolen reinigingsmiddelen:

- Clinell® universele doekjes
- Ethanoldesinfectie met reinigingsmiddel
- Super Sani-Cloth®-doekjes
- Sani-Cloth Plus®-doekjes
- Oxivir® TB-doekjes
- CaviWipes® XL-doekjes
- Clorox Healthcare-waterstofperoxidedoekjes
- 70% isopropylalcohol (IPA)-doekjes
- Natriumhypochloriet (bleek)-oplossing of doekjes (maximaal 10.000 ppm)
- Waterstofperoxideoplossing
- Wex-Cide® 128-oplossing
- Coverage Spray HB Plus
- Warm water met zeep
- Bacteriedodende doekjes

ZOLL